

W związku ze zgłoszeniem przez S.P. Z.O.Z. w Szamotułach incydentu medycznego dotyczącego jednego z naszych wyrobów informujemy, że:

Dreny do ran typu REDON rozm. 12 Ch x 700 mm

Dreny do ran typu REDON rozm. 16 Ch x 700 mm

serii 72-2007-09 i 73-2007-10

w połączeniu z butelkami wysoko-próżniowymi firmy B.BRAUN typu Drainobag 300 V i Drainobag 150 VL mogą ulegać zapadnięciu po wstępnym odessaniu wydzieliny, co wiąże się ze zmniejszeniem światła przewodu i utrudnionym drenażem.

Wszelkie problemy tego typu prosimy zgłaszać do naszej firmy, dreny będziemy wymieniać na nowe, o grubszej ściance i większej sztywności. Jednocześnie informujemy, że dreny z bieżącej produkcji posiadają już grubszą ściankę.

Dane do kontaktu: *Katarzyna Wajer-Meger* lub *Dagmara Hasse*, tel. 052 3420399, 052 3426688, fax 052 3452626, e-mail: biuro@galmed.com.pl